



# SAAE - SERVIÇO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU

Pág 1 / 1

Compras e Contratos

Termo Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 22472 Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número  
- Minuta - Licitação: 23 codigoCliente: 22472 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Dispensa Presencial  
Para Compras e outros serviços  
16/2024

Processo Administrativo: 23/2024

O Diretor Geral do Serviço Autárquico de Água e Esgoto - SAAE do Município de Carmo do Cajuru, FABIO RABELO DE MELO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio.

Objeto da Licitação: aquisição de turbidímetro portátil para medição de turbidez no controle operacional do tratamento de água para abastecimento público do município de carmo do cajuru/mg.

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1 - TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO PORTATIL, COM PRINCIPIO DE MEDICAO NEFELOMETRICO PARA AS MEDICOES DE TURBIDEZ USANDO UM SINAL PRINCIPAL DE LUZ DISPERSA EM UM ANGULO DE 90° EM RELACAO AO SINAL TRANSMITIDO (180°); APLICACAO: INDICADO PARA AMOSTRAS ONDE A COR NAO APARECE. A FAIXA DE LEITURA E DE 0 A 1000 NTU. AS FONTES DE LUZ COM LAMPADAS DE FILAMENTO DE TUNGSTENIO OPERAM EM TEMPERATURAS ENTRE 2.200 E 3.000 K, ATENDENDO AOS PADROES USEPA 180.1. GRAU DE PROTECAO IP67 (COM TAMPA FECHADA); COMPATIVEL COM CUBETAS DE VIDRO CILINDRICAS DE 25 MM E TAMPAS DE ROSCA. TELA DE MEDICAO QUE INDIQUE: UNIDADES DE TURBIDEZ NEFELOMETRICA (NTU) OU UNIDADES DE TURBIDEZ DE FORMAZINA (FNU), INDICADOR DE ESTABILIDADE OU DE TRAVAMENTO DE EXIBICAO, HORA E DATA DURANTE CADA ANALISE, INDICADORES DE STATUS DE CALIBRACAO, ICONE DE ENERGIA, ICONE DE BATERIA E CONFIRMACAO DE CALIBRACAO; DESLIGAMENTO AUTOMATICO PROGRAMAVEL CASO NENHUMA TECLA SEJA PRESSIONADA; + 2% DE PRECISAO DE LEITURA E LUZ ESPURIA DE 0-1000 NTU; RESOLUCAO DE 0,01 NTU NA FAIXA MAIS AMPLA; LUZ ESPURIA <0,02 NTU. PROPORCIONA AS SEGUINTES FORMAS DE CALIBRACAO: - CALIBRACAO DE ETAPA UNICA, PARA RELATORIO NORMATIVO DE BAIXOS NIVEIS DE 0 - 40 NTU; - CALIBRACAO DE FAIXA COMPLETA, DE 0 - 1.000 NTU; FUNCIONAMENTO ATRAVES DE PILHAS E ATRAVES DE FONTE ALIMENTACAO BIVOLT; SAIDA USB ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM EQUIPAMENTOS: - MALETA DE ARMAZENAMENTO, CONJUNTO DE SEIS CUBETAS DE VIDRO CILINDRICAS DE 25 MM/1 POLEGADA COM TAMPAS DE ROSCA, CONJUNTO DE PADROES PRIMARIOS DE FORMAZINA ESTABILIZADOS EM AMPOLAS SELADAS PARA CALIBRACAO EM 3 CONCENTRACOES DE 20, 100 E 800 NTU + PADRAO DE TESTE 10 NTU, OLEO DE SILICONE E FLANELA PARA LIMPEZA DE CUBETAS, 4 PILHAS AA OU BATERIA, FONTE DE ALIMENTACAO USB/BIVOLT E 1 ANO DE GARANTIA .	UNIDADE		1	R\$12.000,00	R\$12.000,00
<b>Fornecedor</b>					
218820 - HEXIS CIENTIFICA LTDA					
Total Fornecedor:					R\$12.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/04/2024 09:36:03 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p66/td1f4a1c7a>.



Carmo do Cajuru, 15 de abril de 2024.

FABIO RABELO DE MELO  
Diretor Geral do SAAE